

KALİTE KONTROL NUMUNE TÜRÜ : GAZ YAĞI**NUMUNE MİKTARI : 1 L****ÇEVİRİM NO : 2022-1****RAPOR YAYINLANMA TARİHİ : 10.06.2022****İSTATİSTİKSEL VERİLER**

Analit Adı	Birim	Sayısal Değer Veren Katılımcı Sayısı	Aykırı Değerler Çıkarıldıktan Sonra Kalan Sonuç Sayısı	Tanımlanmış Değer	Genişletilmiş Tanımlanmış Değer Belirsizliği (±)	Program Standart Sapması
%10'nun Distile Edildiği Sıcaklık	°C	6	6	173.35	0.80	1.36
%50'nin Distile Edildiği Sıcaklık	°C	5	5	192.60	0.89	1.07
%90'nın Distile Edildiği Sıcaklık	°C	5	5	226.20	1.10	1.21
%95'in Distile Edildiği Sıcaklık	°C	5	5	237.20	1.34	1.43
Bakır Şerit Korozyonu, 100 °C, 3 saat	Derece			1a		
Distilasyon Kalıntısı	mL	5	5	1.20	0.12	0.10
Donma Noktası Tayini	°C	3	3	-58.30	0.82	0.82
Görünüş	Birimsiz			Berrak, Su ve Tortu Yok		
İlk Kaynama Noktası	°C	5	5	159.30	1.83	3.13
Kinematik Viskozite, 40 °C	mm ² /s	6	6	1.1860	0.0028	0.0064
Kükürt	mg/kg	5	5	11.90	0.72	1.09
Merkaptan Kükürdü	mg/kg	4	4	3.2	0.6	1.2
Parlama Noktası	°C	6	6	49.8	1.5	1.3
Saybolt Renk Tayini	Saybolt Renk			Saybolt Renk 30		
Son Kaynama Noktası	°C	6	6	254.60	1.26	2.54
Yanma Kalitesinin Tayini	Birimsiz			Geçer		
Yoğunluk, 15 °C	kg/m ³	6	6	795.40	0.04	0.43

Not 1 : Tanımlanmış değerlerin az katılımcı ile (<7) belirlenmesi durumunda, ilgili özelliğe ait gerçek değer ile katılımcı sonuçlarından hesaplamayla bulunan tanımlanmış değer farklılık gösterebilir. Kalite kontrol numune alımlarında bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. LabKar Program Sağlayıcısı olan ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi'nin bu konuda sorumluluğu bulunmamaktadır.

Not 2: Kalite Kontrol Numune Bilgileri Tablosu'na, www.labkar.org.tr sayfasına kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapıldıktan sonra Siparişler-Kalite Kontrol Numunesi sekmesinden de erişim sağlanabilmektedir.

Bu dokümanın çıktısı alınırsa kontrollü doküman özelliğini kaybeder.

LabKar.P18F01 Rev.04/ Revizyon. Tarihi: 25.04.2022/ Yayın Tarihi:11.06.2015